

Bychawa, 23.06.2017 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę drobnego sprzętu medycznego** Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie

Pakiet 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści Balon Politzera z kompletem oliwek (4 szt.) do dmuchania trąbek słuchowych?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuści.

2. Pytanie

Pakiet 1, pozycja 4, 5, 6 – Prosimy o wydzielenie pozycji 4, 5, 6 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (na pozostałe części pakietu) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie

Pakiet 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą o wymiarach 130x96x96cm?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuści.

4. Pytanie

Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową torbę na wymiociny o rozmiarze ok. 17 x 35cm spełniającą pozostałe parametry?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie

Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową torbę na wymiociny pakowaną po 50 szt. z przeliczeniem ilości spełniającą pozostałe parametry?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuści.

6. Pytanie

Pakiet 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową torbę na mocz pakowaną po 50 szt. z przeliczeniem ilości spełniającą pozostałe parametry?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuści.

7. Pytanie

Pakiet 6, pozycja 3 – Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (na pozostałe części pakietu) na złożenie konkurencyjnej

cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie

Część 1, pozycja 2, 4, 5, 6, 36

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

9. Pytanie

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 130x96x96cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

10. Pytanie

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym oraz dwoma otworami naprzeciwległymi?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

11. Pytanie

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z plastikową zastawką?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

12. Pytanie

Część 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w opakowaniu folia-folia?

W odpowiedzi

Tak.

13. Pytanie

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

3 up. Duplekora
Kierownik Sekcji
ds. Zamówień Publicznych i Zakupów
mgr. *[Podpis]*