

Bychawa, 29.05.2018 r.

### **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę drobnego sprzętu medycznego** Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

#### **1.Pytanie**

Część nr 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści pojemniki na odpady o pojemności 0,5-0,8 l, pozostałe wymagania bez zmian?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

#### **2.Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **3.Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym? - tam gdzie nie ma określonej ilości

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **4.Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **5.Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

W odpowiedzi

Tak.

#### **6.Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

W odpowiedzi

Tak.

### **7. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kreskowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

W odpowiedzi

Zamawiający wymaga, aby na każdej rolce był opis produktu zawierający nazwę, kod, kod kreskowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu, wymiary.

### **8. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### **9. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

W odpowiedzi

Tak.

### **10. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

W odpowiedzi

Tak.

### **11. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ

### **12. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### **13. Pytanie**

Część nr 4, poz.4

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**14. Pytanie,**

Część nr 4, poz.4

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**15. Pytanie**

Część nr 4, poz.6

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?

W odpowiedzi

Tak.

**16. Pytanie**

Część nr 4, poz. 1-4,6

Prosimy o wydzielenie poz. 1-4,6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

**17. Pytanie**

Część nr 2, poz. 2,3,7,33-36,20

Prosimy o wydzielenie poz. 2,3,7,33-36,20 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

**18. Pytanie**

Część nr 2, poz.7

Czy zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową o wymiarach 136 cm x 96 cm x 96 cm?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

**19. Pytanie**

Część 16, poz. 10-12

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 16 wydzieli pozycje: 10-12 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie np. 16A – odzież ochronna. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

**20. Pytanie**

Część 16, poz.10

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

W odpowiedzi

Tak.

**21. Pytanie**

Część 16, poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 72 cm x 120 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, pytanie nie dotyczy pozycji 2.

**22. Pytanie**

Część 16, poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów, wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm, o długości troków około 56 cm, pakowane po 100 szt.?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, pytanie nie dotyczy pozycji 2

**23. Pytanie**

Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**24. Pytanie**

Część 1, poz.22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

**25. Pytanie**

Część 1, poz. 28-29

Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości 200 cm, o przekroju prostym, pozostałe wymagania bez zmian?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**26. Pytanie**

Część 1, poz. 34-35

Czy zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 200 cm, o przekroju prostym, pozostałe wymagania bez zmian?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**27. Pytanie**

Część 1, poz. 36-37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

**28. Pytanie**

Część 1, poz. 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

**29. Pytanie**

Część 1, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**30. Pytanie**

Część 1, poz. 41-42

Czy zamawiający ma na myśli jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek zgodnie z wymaganiami SIWZ, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny?

W odpowiedzi

Tak.

**31. Pytanie**

Część 1, poz. 41-42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Tak.

**32. Pytanie**

Część 1, poz. 52

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu „wąsy” – o długości drenu 200 cm, o przekroju prostym?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### 33. Pytanie

Część 1, poz.53

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200 $\mu$ m, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### 34. Pytanie

Część 1, poz.53

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### 35. Pytanie

Część 1, poz.54

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### 36. Pytanie

Część 1, poz.54

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

### 37. Pytanie

Część 1, poz.54

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**38. Pytanie**

Część 1, poz.54

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**39. Pytanie**

Część nr 1, poz. 69-70

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**40. Pytanie**

Część nr 1, poz. 71

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**41. Pytanie**

Część nr 1, poz. 72

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

**42. Pytanie**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, nazwa producenta oraz importera nadrukowana na opakowaniu jednostkowym?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

**43. Pytanie**

Część nr 1, poz. 76

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

#### **44. Pytanie**

Część nr 1, poz. 79

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

#### **45. Pytanie**

Część nr 1, poz. 79

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, pytanie nie dotyczy pozycji 79.

#### **46. Pytanie**

Część nr 1, poz. 79

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, pytanie nie dotyczy pozycji 79.

#### **47. Pytanie**

Część nr 1, poz. 79

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, pytanie nie dotyczy pozycji 79.

#### **48. Pytanie**

Część nr 1, poz. 79

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, pytanie nie dotyczy pozycji 79.

#### **49. Pytanie**

Część 1, poz. 21-22,26,27,31,36-37,40-42,47,51,72-74,76,79

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 21-22,26,27,31,36-37,40-42,47,51,72-74,76,79 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty



firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **50. Pytanie**

Część 1, poz.1,53,54,69-71,92

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 1,53,54,69-71,92 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **51. Pytanie**

Część 1, poz. 28,29,34-35,52

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 28,29,34-35,52 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **52. Pytanie**

Dotyczy część 16 poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety przylepnej spełniającej wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

#### **53. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści pincetę dł.14,5 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **54. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści pincetę dł.18,0 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

#### **55. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści pincetę dł.11,5 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**56. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści pincetę Adson zamiast Ramsey spełniające pozostałe zapisy SIWZ? Pinceta Ramsey występuje tylko w długości 18.0 cm, natomiast pinceta Adson ma bardzo podobną część procująca co pinceta Ramsey.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ i wyjaśnieniami SIWZ z dnia 25.05.2018 r.

**57. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści pincetę dł.18,0 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**58. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 20 dopuści pincetę McIndone dł.15,0 cm zamiast Gomel spełniające pozostałe zapisy SIWZ? Pinceta McIndone ma bardzo podobną część procująca co pinceta Gomel.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**59. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści kleszczyki dł.12,5 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**60. Pytanie**

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający w pozycji 32 dopuści kleszczyki dł.14,0 cm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**61. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową dostawę w ciągu 6 tyg. od podpisania umowy?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

**62. Pytanie**

Część 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego do jakiego ssaka ma być zaoferowany filtr w tej pozycji (nazwa producenta ssaka, model).

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**63. Pytanie**

Część 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igły z atraumatycznym szlifem i skrzydełkami 22G x 19mm?

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**64. Pytanie**

Część 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji w miejsce kaniul bez portu bocznego 1,5x45mm – białych - kaniule z portem bocznym w rozmiarze 1,5x45mm – białe, reszta opisu bez zmian?

W odpowiedzi  
Zamawiający dopuszcza.

**65. Pytanie**

Część 3 poz. 1, 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów z zawartością ftalanów?

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**66. Pytanie**

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z naprzeciwległymi otworami bocznymi?

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**67. Pytanie**

Część 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki guedel w opakowaniu foliowym?

W odpowiedzi  
Zamawiający dopuszcza.

**68. Pytanie**

Część 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem 1,2  $\mu\text{m}$ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej cenowo oferty.

W odpowiedzi  
Zgodnie z SIWZ.

**69. Pytanie**

Część nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon stomatologicznych pakowanych a'150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W odpowiedzi  
Zamawiający dopuszcza.

### 70. Pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania błon stomatologicznych innej marki i producenta niż błony rtg, co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

### 71. Pytanie

Część nr 7 poz.1,3-8

Czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę błon RTG i odczynników chemicznych innego producenta niż obecnie używanych Zamawiający będzie wymagał optymalizacji ciemni RTG celem zachowania poprawności obróbki procesu i zachowania jakości diagnostyki obrazowej.

W odpowiedzi

Zamawiający nie będzie wymagał optymalizacji ciemni RTG .

### 72. Pytanie

Dotyczy SIWZ r.XIII pkt. C. 4a)

Czy zamawiający pisząc iż wymaga na wezwanie „wzoru ulotek informacyjnych zaoferowanego asortymentu, karty charakterystyki” ma na myśli kserokopie katalogów, folderów opisów itp. potwierdzających opis przedmiotu zamówienia? Karty charakterystyki wydawane są dla substancji niebezpiecznych takich jak wywoływacze , utrwalacze, naboje do sterylizacji, środki dezynfekcji itd. Artykuły medyczne jedno i wielorazowego użytku nie są substancjami niebezpiecznymi i w związku z tym nie wystawia się dla nich kart charakterystyki.

W odpowiedzi

Tak.

### 73. Pytanie

Dotyczy § 9 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisów § 9 wzoru umowy, na:

[Trzykrotne **kolejne**, niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia**. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 10.

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

### 74. Pytanie

Część nr 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części nr 11 w pozycji 1 oraz 2 kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej

gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażnieni skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

Dla zachowania terminu z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r. godz. 12.15

Zmianie ulega punkt XVIII SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia: **2018-06-05 do godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

3.Oferty zostaną otwarte dnia: **2018-06-05, o godz. 12.15**

Sekcja Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa

ul. Piłsudskiego 26/28/30 C 23-100 Bychawa

i punkt XVII pkt 3 ppkt 2) SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „ **Oferta na Dostawę drobnego sprzętu medycznego nie otwierać przed 2018- 06-05, godz.12.15**”

  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Bychawie  
lek. med. Piotr Wajtas