

Bychawa, 07.10.2019 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup ambulansów typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie Część nr 1A

W związku z dużą ilością realizowanych zamówień prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 grudnia 2019 r. Negatywne rozpatrzenie prośby uniemożliwi złożenie oferty przetargowej.

W odpowiedzi

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pytanie Część nr 1A

Prosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego bez czujników parkowania.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie Część nr 1A

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści ambulans zgodny z EN PN 1789 wyposażony w poduszki powietrzne przednie oraz poduszki Thorax chroniące miednicę dla kierowcy i pasażera?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie Część nr 1A

Prosimy o dopuszczenie ambulansu zgodnego z EN PN 1789 bez dodatkowego radioodtwarzacza w przedziale medycznym.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie Część nr 1A

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści ambulans zgodny z EN PN 1789 bez dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie Część nr 1A

Prosimy o dopuszczenie ambulansu zgodnego z EN PN 1789 wyposażonego w atestowaną przetwornicę o mocy ciągłej 800W.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie Część nr 1A

Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści zintegrowaną belkę świetlną typu led w

przedniej części dachu bez dodatkowych reflektorów typu LED do oświetlania przedpola oraz bez np. odświetlanego napisu "ambulans"?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie Część nr 1A

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści ambulans zgodny z EN PN 1789 wyposażony w jedno światło robocze z lewej i prawej strony do oświetlania miejsca akcji. Zarządzanie pracą lamp może odbywać się z kabiny kierowcy i przedziału medycznego.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie Część nr 1A

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści nosze renomowanego europejskiego producenta o parametrach:

Transporter noszy:

- Wykonane głównie z aluminium
- Regulowane nogi z amortyzatorem (7 stopni regulacji wysokości)
- 4 koła Ø 200 mm, wszystkie koła obrotowe, tylne z blokadą i hamulcem
- automatyczne rozkładania noszy przy wyciąganiu z karetki
- 5 punktów mocowania do góry noszy
- 3 punkty mocowania "10G"
- Waga 34,1 kg
- Maksymalne obciążenie 280 kg
- Certyfikat EN 1865/1789

Górna część noszy:

- Wykonane głównie z aluminium
- Regulowane oparcie pleców i nóg z dwoma amortyzatorami
- Pozycja Trendelenburga i anty -Trendelenburga
- 4 koła Ø 100 mm
- 2 boczne oparcia bezpieczeństwa składane wzdłuż
- Składany uchwyt na kroplówkę
- 4 uchwyty teleskopowe ułatwiające manewrowanie noszami
- 2 uchwyty teleskopowe boczne służące do podnoszenia noszy z pacjentem o dużej wadze
- Zestaw pasów na ramiona, brzuch i nogi
- Materac P359
- Waga 17,2 kg
- Maksymalne obciążenie 280 kg
- Certyfikat EN 1865/1789
- Możliwość rozbudowy o nakładkę bariatryczną poszerzającą leże dla pacjenta

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie Część nr 1B

W związku z dużą ilością realizowanych zamówień prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 grudnia 2019 r. Negatywne rozpatrzenie prośby uniemożliwi złożenie oferty przetargowej.

W odpowiedzi

Zamawiający wyraża zgodę.

11. Pytanie Część nr 1B

Prosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego bez czujników parkowania.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie Część nr 1 B

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści ambulans zgodny z EN PN 1789 wyposażony w poduszki powietrzne przednie oraz poduszki Thorax chroniące miednicę dla kierowcy i pasażera?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie Część nr 1B

Prosimy o dopuszczenie ambulansu zgodnego z EN PN 1789 bez dodatkowego radioodtwarzacza w przedziale medycznym.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie Część nr 1B

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści ambulans zgodny z EN PN 1789 bez dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie Część nr 1B

Prosimy o dopuszczenie ambulansu zgodnego z EN PN 1789 wyposażonego w atestowaną przetwornicę o mocy ciągłej 800W.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie Część nr 1B

Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści zintegrowaną belkę świetlną typu led w przedniej części dachu bez dodatkowych reflektorów typu LED do oświetlania przedpola oraz bez np. odświetlanego napisu "ambulans"?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Pytanie Część nr 1B

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści ambulans zgodny z EN PN 1789 wyposażony w jedno światło robocze z lewej i prawej strony do oświetlania miejsca akcji. Zarządzanie pracą lamp może odbywać się z kabiny kierowcy i przedziału medycznego.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie Część nr 1B

Czy na zasadzie równości zamawiający dopuści nosze renomowanego europejskiego producenta o parametrach:

Transporter noszy:

- Wykonane głównie z aluminium

- Regulowane nogi z amortyzatorem (7 stopni regulacji wysokości)
- 4 koła Ø 200 mm, wszystkie koła obrotowe, tylne z blokadą i hamulcem
- automatyczne rozkładania noszy przy wyciąganiu z karetki
- 5 punktów mocowania do góry noszy
- 3 punkty mocowania "10G"
- Waga 34,1 kg
- Maksymalne obciążenie 280 kg
- Certyfikat EN 1865/1789

Górna część noszy:

- Wykonane głównie z aluminium
- Regulowane oparcie pleców i nóg z dwoma amortyzatorami
- Pozycja Trendelenburga i anty -Trendelenburga
- 4 koła Ø 100 mm
- 2 boczne oparcia bezpieczeństwa składane wzdłuż
- Składany uchwyt na kroplówkę
- 4 uchwyty teleskopowe ułatwiające manewrowanie noszami
- 2 uchwyty teleskopowe boczne służące do podnoszenia noszy z pacjentem o dużej wadze
- Zestaw pasów na ramiona, brzuch i nogi
- Materac P359
- Waga 17,2 kg
- Maksymalne obciążenie 280 kg
- Certyfikat EN 1865/1789
- Możliwość rozbudowy o nakładkę bariatryczną poszerzającą leże dla pacjenta

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 i pytanie nr 10 zmianie ulegnie pkt. XI SIWZ, pkt. XX SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

pkt. XI SIWZ przed zmianą:

Dostawa do dnia 2 grudnia 2019 r.

pkt. XI SIWZ po zmianie:

Dostawa do 10 grudnia 2019 r.

pkt. XX SIWZ przed zmianą:

3. Kryterium termin dostawy

Kryterium termin dostawy - poszczególnym ofertom przyznawane będą punkty w oparciu o zadeklarowany termin dostaw wpisany w **Formularzu ofertowym - Zał. nr 1 do SIWZ**

Punkty będą przyznawane na zasadzie:

- termin dostawy do 20 listopada 2019 r. - Wykonawca otrzyma 20 pkt

- termin dostawy do 25 listopada 2019 r. - Wykonawca otrzyma 10 pkt

- termin dostawy do 2 grudnia 2019 r. - Wykonawca otrzyma 0 pkt

Maksymalnie w danym kryterium można otrzymać 20 pkt

pkt. XX SIWZ po zmianie:

3. Kryterium termin dostawy

Kryterium termin dostawy - poszczególnym ofertom przyznawane będą punkty w oparciu o zadeklarowany termin dostaw wpisany w **Formularzu ofertowym - Zał. nr 1 do SIWZ**

Punkty będą przyznawane na zasadzie:

- termin dostawy do 20 listopada 2019 r. - Wykonawca otrzyma 20 pkt

- termin dostawy do 25 listopada 2019 r. - Wykonawca otrzyma 10 pkt
 - termin dostawy do 10 grudnia 2019 r. - Wykonawca otrzyma 0 pkt
- Maksymalnie w danym kryterium można otrzymać 20 pkt

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy przed zmianą:

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie(maksymalnie do 2 grudnia 2019 r.) od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego (**PARAMETR PUNKTOWANY**),

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy po zmianie:

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie(maksymalnie do 10 grudnia 2019 r.) od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego (**PARAMETR PUNKTOWANY**),

W związku ze zmianami terminu dostawy zmianie ulega termin płatności określony w projekcie umowy - Załącznik nr 4

W związku ze zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2019 r. godz. 10.15

W związku z powyższym zmianie ulega punkt:

XVII pkt 3 ppkt 2) SIWZ

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „**Oferta na Zakup ambulansów typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie nie otwierać przed 2019-10-11 godz. 10.15**”

i

XVIII. pkt 1 i 3) SIWZ

1. Oferty należy składać do dnia: **2019-10-11 do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

3. Oferty zostaną otwarte dnia: **2019-10-11, o godz. 10.15**

Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SP ZOZ Bychawa

ul. Piłsudskiego 26/28/30 C 23-100 Bychawa

W załączeniu poprawiony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

W załączeniu poprawiony Projekt umowy - Załącznik nr 4.

PEŁNOMOCNIK
DYREKTORA SPZOZ w Bychawie

Krzysztof Batorski