

### **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę pieluchomajtek, opatrunków i materiałów gumowych, szewnych, opatrunkowych i higienicznych** Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

#### 1. Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 1):  
pieluchomajtki dla dorosłych:

\*o chłonności co najmniej 2855g wg normy ISO 11948-1; w rozmiarze M - chłonność wymagana w specyfikacji to: 2900ml

\*o chłonności co najmniej 3070g wg normy ISO 11948-1; w rozmiarze L- chłonność wymagana w specyfikacji to: 3200ml

\*o chłonności co najmniej 3187g wg normy ISO 11948-1; w rozmiarze XL - chłonność wymagana w specyfikacji to: 3200ml

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów.

Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948

\*z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

\*jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

\*w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

\*posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

\*posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor;

\*posiadające system szybkiego wchłaniania Feel Dry lub EDS, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta; Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

## 2.Pytanie

Część 1 poz. 6-8 czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 x blister 3 szt z przeliczeniem?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

## 3.Pytanie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części numer 1 poz. 1-8 do osobnej części ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tej części?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

## 4.Pytanie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części numer 1 poz. 16-20 do osobnej części ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tej części?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

## 5.Pytanie

Część 1 poz. 18-20 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

## 6.Pytanie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części numer 1 poz. 24-31 do osobnej części ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tej części?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

## 7.Pytanie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części numer 1 poz. 32-33 do osobnej części ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów w tej części?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

## 8.Pytanie

Część 1 poz. 32-33 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

## 9.Pytanie

Część 1, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

10.Pytanie

Część 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

11.Pytanie

Część 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 55mm?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

12.Pytanie

Część 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania, tj. 3op.?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

13.Pytanie

Część 1, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

14.Pytanie

Część 1, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'200sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi

Zamawiający nie dopuszcza.

15.Pytanie

Część 1, pozycja 32-33 - Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny wykonany z mieszaniny przędzy poliamidowej i poliuretanowej?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

16.Pytanie

Część 1, pozycja 32-33 - Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny o długości 10m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania, tj. 40op?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

17.Pytanie

Część 1, pozycja 32-33 - Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny o długości 10m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania, tj. 15op?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

18.Pytanie

Część 1, pozycja 34-38 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w w/w pozycjach ma na myśli wycenę za jedną parę?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający w w/w pozycjach ma na myśli wycenę za jedną parę.

Dla zachowania terminu z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r. godz. 10.15

Zmianie ulega punkt XVIII SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Oferty należy składać do dnia: **2019-05-13 do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

3.Oferty zostaną otwarte dnia: **2019-05-13, o godz. 10.15**

Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SP ZOZ Bychawa

ul. Piłsudskiego 26/28/30 C 23-100 Bychawa

i punkt XVII pkt 3 ppkt 2) SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: **Oferta na Dostawę pieluchomajtek, opatrunków i materiałów gumowych, szewnych, opatrunkowych i higienicznych nie otwierać przed 2019-05-13 godz. 10.15”**

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Piotr Derkaczew