

Bychawa, 14.01.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportu sanitarnego typu „S”, transportu międzyszpitalnego typu „P”, krwi i jej składników oraz transportu POZ na rzecz SPZOZ w Bychawie Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. XII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pkt. 1 lit c) Zdolności technicznej lub zawodowej Oferent ma przeznaczyć do realizacji przedmiotu zamówienia odrębnie na każde zadanie:

- 1 pojazd dla transportów typu S,
- 1 pojazd dla transportów typu P,
- 1 pojazd dla transportów krwi
- 1 pojazd dla transportu POZ

I pojazdy te nie mogą być używane wymiennie?

Uzasadnienie: w toku realizacji zadań z identycznego zakresu na rzecz Zamawiającego, wielokrotnie zdarzały się sytuacje, gdzie jednocześnie była wymagana realizacja pilnego przewozu krwi, i niezależnie od niego, transport S lub P.

Ponadto, bez wskazania ilości (minimalnej) wymaganych pojazdów każdej klasy i rodzaju, niemożliwe jest porównywanie cen oferty między różnymi Oferentami. Może bowiem się zdarzyć sytuacja, gdy jeden z nich np. będzie chciał realizować wyjazdy jedną karetką i zespołem na każdy rodzaj świadczonych usług, podczas gdy wymagane przez Zamawiającego powinno być 4 odrębne zespoły.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej żąda dysponowania 4 pojazdami, natomiast w toku realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zabezpieczenia potrzeb a nie dysponowania potencjałem.

2. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. XII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pkt. 1 lit c) Zdolności technicznej lub zawodowej Oferent przeznaczy do realizacji zamówienia pojazdy posiadające na dzień złożenia oferty dokumenty potwierdzające spełnianie normy PN-EN 1789, tj. fabryczną homologację, które zostaną okazane Zamawiającemu na każde jego żądanie?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie transportu typu S, P i transportu krwi, muszą posiadać ważne na dzień złożenia ofert pozwolenie MSWiA na uprzywilejowanie w ruchu drogowym, które zostanie okazane Zamawiającemu na każde jego żądanie?

Uzasadnienie: Do transportów realizowanych w trybie pilnym mogą być wykorzystywane

tylko pojazdy posiadające pozwolenie MSWiA na uprzywilejowanie w ruchu drogowym i tylko pojazdy uprzywilejowane mogą używać sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Pojazd posiadający sygnalizację NIE może jej używać, bez zezwolenia MSWiA. Ponadto, zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 05.02.2009 w zakresie rodzajów karettek, jasno wskazuje to na konieczność uprzywilejowania zespołów S i P., czyli transportów w których wymagane jest monitorowanie czynności życiowych chorego podczas jazdy, a więc transport chorych w stanie zagrożenia zdrowia i/lub życia.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.1 Oferent przeznaczy do realizacji transportów typu S pojazd w międzynarodowej klasie C wraz z pełnym wyposażeniem?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.2 Oferent przeznaczy do realizacji transportów typu P pojazd w międzynarodowej klasie B wraz z pełnym wyposażeniem?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

6. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.3 oraz pkt. 1.4 Oferent przeznaczy do realizacji transportów krwi i transportów POZ pojazdy w międzynarodowej klasie A1 lub A2 wraz z pełnym wyposażeniem,?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty paszporty medyczne lub techniczne (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) na cały sprzęt będący na wyposażeniu ambulansu typu A1, A2, B i C zgodnie z normą PN-EN1789, tj. i przedstawić je na każde żądanie Zamawiającego, odrębnie dla każdego oferowanego pojazdu?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. XII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pkt. 1 lit c) Zdolności technicznej lub zawodowej wszystkie złożone do Oferty pojazdy mają posiadać decyzję/opinię sanitarno – epidemiologiczną aktualną na dzień składania ofert, która ma być udostępniana Zamawiającemu na każde jego wezwanie?

W odpowiedzi

Zamawiający potwierdza.

9. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.3: „ (...) pojazdy przeznaczone do realizacji transportu krwi muszą być pojazdami uprzywilejowanymi, przystosowanymi do przewozu krwi, jej składników, preparatów krwiopochodnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”. transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogi określonymi w:

- Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki pobierania krwi i jej składników, badań, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.2 lodówki na wyposażeniu każdego pojazdu przeznaczone do transportu krwi muszą spełniać wymogi określone w aktach prawnych przytoczonych w pytaniu 9.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

11. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.2 do przewozu krwi winna być używana walidowana lodówka i czy dla potwierdzenia Oferent winien okazać na każde wezwanie Zamawiającego dokumenty walidacji oferowanych lodówek?

W odpowiedzi

Zamawiający potwierdza.

12. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.2 Oferent dla potwierdzenia zgodności oferowanego wyposażenia, winien dołączyć do Oferty informację o modelu i nr/symbolu homologacji oferowanych lodówek?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty w/w dokumentów.

13. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.2 lodówki zapewniane przez oferenta muszą posiadać możliwość stałej, w całym czasie transportu i jazdy kontroli temperatury i jej zapisu?

Uzasadnienie dla pytań 9-13:

- a) Transportowanie krwi i jej składników winno się odbywać w temperaturach: KKCz – od 20 C do 60 C,
- b) KKP – od 200 C do 240 C,
- c) FFP – zamrożone co najmniej – 180 C,
- d) Czynniki krzepnięcia – od 20 C do 100 C

- e) W SIWZ nie ma określonych dokumentów ani wymogów, dokumentów, pozwalających na zweryfikowanie czy do przewozu Oferent daje drogą, profesjonalną lodówkę, czy nie atestowaną lodówkę z hipermarketu.
- f) Homologowana lodówka z regulacją temperatury, i zapisem jej wartości temperatury w całym czasie przewozu jest obligatoryjnym wymogiem w/w rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.
- g) Koszt zakupu 1 szt. takiej lodówki to koszt ponad 6tyśzł, bez tego wymogu można oferować zaś lodówki z hipermarketów za 40zł. Nie ma zaś w SIWZ wymogu pozwalającego na stwierdzenie, czy deklarowane przez Oferenta lodówki spełniają wymogi przytoczonych rozporządzeń.

W odpowiedzi

Oferent zobowiązany jest realizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

14. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ rodz. XII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pkt. 1 lit c) Zdolności technicznej lub zawodowej pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny, a Oferent ma posiadać aktualną na dzień złożenia ofert umowę na zakup tlenu medycznego wraz z atestowanymi butlami, która ma być udostępniona Zamawiającemu na każde jego wezwanie?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

15. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, iż oferent ma być na dzień złożenia ofert podmiotem leczniczym?

Uzasadnienie: Wyłącznie podmiot leczniczy może realizować świadczenia zdrowotne w ambulansach. Takim świadczeniem jest podawanie leków, a tlen medyczny jest produktem leczniczym-lekiem.

Uzasadnienie: Wyłącznie podmiot leczniczy może realizować świadczenia zdrowotne w ambulansach. Takim świadczeniem jest podawanie leków, a tlen medyczny jest produktem leczniczym-lekiem.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

16. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dzień składania ofert, na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym?

W odpowiedzi

Oferent ma prowadzić dezynfekcje pojazdów zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

17. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent winien przedstawić umowę na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym, lub dokumenty zakupu urządzeń do dezynfekcji ultradźwiękowej lub innej posiadanej na dzień składania oferty na każde wezwanie Zamawiającego ?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty w/w dokumentów.

18. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy przedstawione przez oferenta mają być wyposażone w system GPS, a umowa lub dokument potwierdzający instalację ma być dołączony do oferty i okazany na każde wezwanie Zamawiającego?

W odpowiedzi

Zamawiający nie potwierdza i nie wymaga załączenia do oferty w/w dokumentów.

19. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy przedstawione przez Oferenta do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą być starsze niż 2015 rok?

Uzasadnienie: zgodnie z wytycznymi NFZ pojazdy przeznaczone do realizacji usług transportu sanitarnego nie powinny być starsze niż max 5 lat – liczone wstecz od roku bieżącego.

W odpowiedzi

Zamawiający nie potwierdza, Oferent zobowiązany jest realizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

20. Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, iż w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Oferent na warunek na wezwanie Zamawiającego ma przedstawić dla transportów typu S, P i krew dowody potwierdzające wykonanie min. 1 usługi tego rodzaju w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane?

W odpowiedzi

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie żądał załączenia dowodów potwierdzających wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia.

Dla zachowania terminu z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.)

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17.01.2020 r. godz. 10.15

W związku z powyższym zmianie ulega punkt:

XVII. pkt.3 ppkt. 2) SIWZ

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący :„**Oferta na Świadczenie usług transportu sanitarnego, międzyszpitalnego, krwi i jej składników oraz transport POZ na rzecz SPZOZ w Bychawie nie otwierać przed 2020-01-17 godz. 10.15**”

i

XVIII. pkt. 1 i 3) SIWZ

1. Oferty należy składać do dnia: **2020-01-17 do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

3. Oferty zostaną otwarte dnia: **2020-01-17 o godz. 10.15**