

Bychawa, 18.06.2019 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę drobnego sprzętu medycznego** Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie

Część nr 1 poz. 4-10, 12

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie

Część nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków w rozmiarach:

- 0,8 x 25mm niebieskie

- 1,00 x 32mm różowe

- 1,2 x 45mm zielone

- 1,2 x 38mm zielone

- 1,7 x 45mm szare

- 2,2 x 45mm pomarańczowe

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie

Część nr 1 poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadającą zastawkę antyzwrotną pełniącą funkcje filtra hydrofobowego?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie

Część nr 1 poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie

Część nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach:

- 0,8 x 25mm niebieski

- 1,00 x 32mm różowe

- 1,20 x 45mm zielone

- 1,20 x 38mm zielone

- 1,5 x 45mm białe
- 1,7 x 45mm szare
- 2,2 x 45mm pomarańczowe?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

6.Pytanie

Część nr 1 poz. 13-14,19,20

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

7.Pytanie

Część nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optyczną zmianą pozycji? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

8.Pytanie

Część nr 1 poz. 51-52, 60-69,97

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

9.Pytanie

Część nr 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PP o długości 55mm w części przezroczystej?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

10.Pytanie

Część nr 1 poz. 52

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym i dopuści igłę dwukanałową posiadająca odpowietrzniki z filtrem?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

11.Pytanie

Część nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą o wymiarach 0,45 x 13mm?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

12.Pytanie

Część nr 1 poz. 63-66

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-cz. z tłokiem w kolorze niebieskim?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

13.Pytanie

Część nr 1 poz. 65

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-cz. pakowaną po 80szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

14.Pytanie

Część nr 1 poz. 63-66

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego oznakowania strzykawki na pojedynczym opakowaniu?

W odpowiedzi

Zamawiający odstąpi.

15.Pytanie

Część nr 1 poz. 97

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem pakowanym osobno?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

16.Pytanie

Część nr 1 poz. 97

Czy Zamawiający ma na myśli worek do osłony podawanego płynu przed światłem o pojemności 1000ml?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

17.Pytanie

Część nr 1 poz. 97

Czy Zamawiający dopuści worek do osłony podawanego płynu przed światłem o wymiarach 21 x 30cm?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

18.Pytanie

Pytanie Nr 1 dotyczy : pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 poz. 3 oczekuje konektora do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. 6x5 szt.?

W odpowiedzi

Tak.

19. Pytanie

Pakiet 6 Czy Zamawiający oczekuje filmów ogólnie diagnostycznych i odczynników chemicznych tego samego producenta i tej samej marki celem zapewnienia jakości obrazowania RTG?

W odpowiedzi

Tak, zgodnie z SIWZ.

20. Pytanie

Pakiet 6 Czy w przypadku zaoferowania innych filmów i odczynników chemicznych niż obecnie używanych do których dostosowany jest proces obróbki, Zamawiający będzie oczekiwać optymalizacji ciemni i rekaliibracji aparatu RTG celem zapewnienia utrzymania jakości obrazowania diagnostycznego?

W odpowiedzi

Zamawiający będzie wymagał optymalizacji ciemni i rekaliibracji aparatu RTG.

21. Pytanie

Dotyczy: Część 1 Poz. 18 – Czy Zamawiający wymaga podziałki dookólnej co 5ml, pokrywającej się dokładnie z meniskiem płynu?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wymaga.

22. Pytanie

Dotyczy: Część 1 Poz. 20 – Czy Zamawiający wymaga kranika z optycznym i wyczuwalnym indykátorem położenia pokrętle oraz fabrycznym zabezpieczeniem wszystkich króćców koreczkami?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wymaga.

23. Pytanie

Dotyczy: Część 1 Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści łącznik o objętości 42ml i pozostałych parametrach jak w SIWZ?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

24. Pytanie

Dotyczy: Część 1 Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści szorty/ spodnie do kolonoskopii w rozmiarach M, L, XXL?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

25. Pytanie

Dotyczy: Część 1 Poz. 33 – Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjenta wymaga nebulizatora do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta?

W odpowiedzi

Zamawiający nie wymaga.

26. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 33 – Czy pod pojęciem „Półprzepuszczalny” Zamawiający ma na myśli półprzepuszczalność pary tj. oddychalność na poziomie min $11000\text{g} / \text{m}^2 / 24$ godzin w 37 st Celsjusza, co też ma wpływ na czas fiksacji kaniuli.

W odpowiedzi

Pytanie nie dotyczy pozycji 33.

27. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 52 – Czy Zamawiający dopuści standardowy przyrząd ze standardowym kolcem, powszechnie i bez zastrzeżeń używany w jednostkach służby zdrowia?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 56 - Czy rurka intubacyjna ma posiadać znacznik widoczny pod kontrolą laryngoskopu w postaci grubego oringu?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

29. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 63-66 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki jak opisane w SIWZ, z rozszerzoną skalą o 20% i tłokiem w kolorze zielonym, bez kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na opakowaniu jednostkowym? Żadna norma z dotycząca strzykawek nie odnosi się do wymogu stosowania kolorystyki w zależności od pojemności strzykawki. Zamawiający jest użytkownikiem profesjonalnym, dlatego dawki winny być ściśle określone według nomenklatury cyfr arabskich a nie na podstawie kolorów. Wyjątek stanowią oznakowania kolorystyczne średnic igieł i cewników (których sposób użycia wynika z Farmakopei), których rozmiarów jest znacznie więcej niż strzykawek. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

30. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 76 – Czy Zamawiający dopuści Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej: sterylny, dwuświatłowy dren łączący 150cm, do cewnika Foley wyposażony w płaski łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wyjściu do komory dren zabezpieczający spiralą antyzgięciową na odcinku 5cm, komora pomiarowa 500ml wyposażona w zabudowany niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40ml co 1ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5ml, komory pomiarowej od 40 do 90ml co 5ml i od 90 do 500ml co 10ml, opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce, worek skalowany co 100ml od 25ml, możliwość podwieszania zestawu na minimum trzy niezależne sposoby?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

31. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 76 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system do pomiaru diurezy godzinowej wykonany z twardego plastiku, pojemnik o pojemności 500ml z trzema komorami pomiarowymi o czytelnej skali, komora kroplowa i zastawka antyrefluksowa zapobiegająca cofaniu się moczu, długość drenu łączącego pojemnik z cewnikiem 170cm, dren z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, pojemnik wyposażony w czytelnie oznakowany kranik spustowy pozwalający na ewakuowanie moczu za pomocą jednej ręki jednocześnie z trzech komór do worka, worek o pojemności 2L połączony z pojemnikiem, worek łatwo mocowany do komory za pomocą wygodnego złącza pozwalającego na szybkie łączenie i odłączanie, worek zawiera zastawkę antyrefluksową, etykietę danych pacjenta oraz kranik spustowy, zarówno pojemnik jak i worek mają filtry odpowietrzające ułatwiające wypełnianie komory moczem?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

32. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 90 – Czy zamawiający dopuści opakowana typu blister (folia-papier), które są zdecydowanie łatwiejsze w użyciu, gdyż nie trzeba szukać perforacji na zgrzewie?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

33. Pytanie

Dotyczy: Część 1Poz. 97 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowego sterylnie zapakowanego w opakowanie papier folia i umieszczonego w jednym opakowaniu foliowym razem z workiem. Osłona do pojemników 500-1000ml, Przepuszczalność światła 200 – 450 nm nie większa niż 10 % - potwierdzona badaniami. Przyrząd: komora kroplowa długości min. 55mm, całość wolna od ftalanów, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Zacisk rolkowy ułatwiający regulację przepływu wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, łącze zapewniające bezpieczne przyłączenie z igłą/kaniulą.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie

Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający stosownie do zapisów Rozdz. II siwz odnoszącego się do trybu udzielenia zamówienia - przygotował i będzie prowadził postępowanie oznaczone numerem postępowania - **ZPZ.251.4.2019**- na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a tym samym zgadza się z zapisami Art.7 ust.1 i Art.29 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, iż postępowanie o udzielenie zamówienia należy przygotować w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, a przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W odpowiedzi

Zamawiający potwierdza.

35. Pytanie

Stosownie do art. 96 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie,

iż osoby wymienione na stronie pierwszej przedmiotowej SIWZ - jako członkowie Komisji Przetargowej - to osoby figurujące w pkt. 4 protokołu, w tym zgodnie z pkt. 4 B ust. 1 - osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi

Zamawiający potwierdza.

36. Pytanie

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w Części nr 1 - Drobnym sprzęt medyczny cz. 1 w poz. 97 na równoważne przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z workiem światłoopornym w wymiarach 20x30cm, pakowanym osobno, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
SPZOZ w Bychawie
Andrzej Strawa