

Bychawa, 24.09.2019 r.

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup ambulansów typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści realizację do 90 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy pod warunkiem iż dokumenty do rejestracji ambulansu tj. faktura, świadectwo homologacji, karta pojazdu itd. zostaną dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiającego nie później niż do 09 grudnia 2019. Nie dostarczenie ww. dokumentów do rejestracji w określonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W odpowiedzi

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie

Dotyczy Noszy głównych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów, potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 (tj. polskimi normami zharmonizowanymi ujętymi w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, że spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego?

W odpowiedzi

Tak.

3. Pytanie

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga, aby funkcja prowadzenia noszy bokiem była dostępna poza budynkami, w terenie otwartym, funkcja ta znacznie ułatwi transport pacjenta z i do karetki?

W odpowiedzi

Tak.

4. Pytanie

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nasze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta posiadające zamiast wymaganej i opisanej przez Zamawiającego regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę jedną wysokość najazdu?

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5.Pytanie

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści transporter noszy głównych posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni?

Takie rozwiązanie ograniczające elementy ruchome wpływa na bezpieczeństwo ratowników i pacjenta oraz na trwałość produktu. Zwłaszcza w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych, gdzie obciążenia, którym poddawane są nosze, są o wiele większe niż w warunkach normalnego użytkowania.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6.Pytanie

Dotyczy: Defibrylator przenośny

czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- Defibrylacja dwufazowa z zakresem regulacji od 2 J do 200 J, algorytm defibrylacji dla dorosłych 200J, 200J, 200J i dla dzieci 4J/kg masy ciała.
 - Sterowanie za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych (wybór energii, wyzwolenie wstrząsu. Automatyczny wydruk po każdorazowej defibrylacji;
 - Częstość impulsów regulowana w zakresie 30 do 150 imp./min;
 - Monitorowanie EKG – w komplecie 2 kable (4-ro i 6-cio żyłowy) do monitorowania i badania 12 odprowadzeniowego EKG;
 - Defibrylator przystosowany do transmisji zapisu 12 odprowadzeniowego ekg.
- W komplecie niezbędne akcesoria i oprogramowanie do teletransmisji.
- Ekran TFT o przekątnej 8,4”, zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia;
 - 19. Akumulatory bez efektu pamięci z możliwością doładowania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowania – w komplecie 3 szt. akumulatorów.
 - Moduł to teletransmisji EKG

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

W odpowiedzi

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dla zachowania terminu z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 27.09.2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.09.2019 r. godz. 10.15

W związku z powyższym zmianie ulega punkt:

XVII pkt 3 ppkt 2) SIWZ

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: **„Oferta na Zakup ambulansów typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w SPZOZ w Bychawie**

nie otwierać przed 2019-09-27 godz. 10.15”

i

XVIII. pkt 1 i 3) SIWZ

1.Oferty należy składać do dnia: **2019-09-27 do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa, Sekretariat

3.Oferty zostaną otwarte dnia: **2019-09-27, o godz. 10.15**

Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SP ZOZ Bychawa

ul. Piłsudskiego 26/28/30 C 23-100 Bychawa

PEŁNOMOCNIK
DYREKTORA SPZOZ w Bychawie

Krzysztof Batorski