

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę drobnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Bychawie.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu dwie pozycje z części 11 poz.1 fartuch ochronny z włókniny i poz.8 czepki jednorazowe włókninowe typu clip?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie.poz.1. Część nr 8 Worki do próżni.

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych): gładki, kątowy i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład tzn. że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Ochrona przeciw bryzgowa przed wcześniejszym zamknięciem filtra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000ml Kanistry(okrągłe),kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Opisany system jest obecnie użytkowany u Zamawiającego.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku, oraz uchwyty, w przypadku wybrania naszej oferty.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad

używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

W odpowiedzi

Tak.

4. Pytanie Odnośnie Pakietu nr 2 poz. 25

Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 poz. 25 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

6. Pytanie Część 1, poz. 21

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

7. Pytanie Część 1, poz. 21

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie Część 1, poz. 34

Czy zamawiający dopuści cewnik typu wąsy o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami, o długości 200 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

9. Pytanie Część 1, poz. 35

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie Część 1, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

11. Pytanie Część 1, poz. 35

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

12. Pytanie Część 1, poz. 35

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200 μ m, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie Część 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

14. Pytanie Część 1, poz. 36-37

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

15. Pytanie Część 1, poz. 36-37

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

16. Pytanie Część 1, poz. 36-37

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

17. Pytanie Część 1, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie Część 1, poz. 37

Czy zamawiający dopuści przyrząd bez worka lub dopuści wycenę za worek w osobnej pozycji?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

19. Pytanie Część 1, poz. 37

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

20. Pytanie Część 1, poz. 48-50

Czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę pomiarową, niezmywalną?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie Część 1, poz. 21,34-37, 48-50

Czy zamawiający wydzielili poz. 21,34-37, 48-50 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej

oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

22. Pytanie Część 2, poz. 2-4,9,13-14,23-26,29,32-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4,9,13-14,23-26,29,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

23. Pytanie Część 2, poz. 13,24,25,32,33-34

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

24. Pytanie Część 2, poz. 14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

25. Pytanie Część 2, poz. 29

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie Część 3, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

27. Pytanie Część 3, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

28. Pytanie Część 3, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

29. Pytanie Część 3, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

30. Pytanie Część 3, poz. 26

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

31. Pytanie Część 3, poz. 25-27

Czy zamawiający wydzieli poz.25-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

32. Pytanie Część 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 800 ml?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

33. Pytanie Część 13, poz.2

Czy zamawiający dopuści basen płaski z pulpy o pojemności 2 litry?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

34. Pytanie Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 1667 opakowań?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

35. Pytanie Część 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach od 1 do 6? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

36. Pytanie Część 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maski ochronne klasy FFP3 z filtrem?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

37. Pytanie Część 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści miskę o długości 24,5 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

38. Pytanie Część 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści nawilżacz:

- z filtrem gąbkowym,

- o oporze przepływu ok. 2,3 hPa przy 60 l/min,

- wilgotność wdychanego powietrza dla 250 ml = 28 mg H₂O/l tlenu
- o masie 5,7g,
- przestrzeń martwa 12,5ml ?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

39. Pytanie Część 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierającego lateksu? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

40. Pytanie Część 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 1-2?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

41. Pytanie Część 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 0-3?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

42. Pytanie Część 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 5?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

43. Pytanie Część 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści spodenki (bez majtek) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40/g/m² z otworem z tyłu, rozmiar uniwersalny, na gumkę zawierającą latex?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

44. Pytanie Część 2, pozycja 27

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby układ oddechowy był gładki wewnątrz?

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

45. Pytanie Część 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z twardymi końcówkami na wlocie i wylocie?

W odpowiedzi
Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie Część 2, pozycja 31

Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o worek jednoczęściowy czy dwuczęściowy? Jeżeli o dwuczęściowy to proszę o podanie rozmiaru otworu worka.

W odpowiedzi
Zgodnie z SIWZ.

47. Pytanie Część 2, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wziernik w rozmiarze od XXS do L ?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

48. Pytanie Część 2, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 45 opakowań?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

49. Pytanie Część 2, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 30 opakowań?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

50. Pytanie Część 4, pozycja 1-3

Proszę o podanie Producenta dozownika tlenowego w celu doboru kompatybilnej butelki. Mimo podanej średnicy może być zastosowany inny typ gwintu.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

51. Pytanie Część 4, pozycja 1-3

Proszę o wydzielenie w.w. pozycji z pakietu w celu złożenia korzystniejszej oferty.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

52. Pytanie Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 130x96x96?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

53. Pytanie Część 4, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarach 106x25 kompatybilny z Lifepack 12-15?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

54. Pytanie Część 4, pozycja 16

Proszę o sprawdzenie poprawności podanych wymiarów papieru.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

55. Pytanie Część 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110mm x 20m?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

56. Pytanie Część 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110mm x 30m?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

57. Pytanie Część 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zachodzącymi na siebie połami?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

58. Pytanie Część 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm lub 71x180cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

59. Pytanie Część 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę na gumki?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

60. Pytanie Część 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

61. Pytanie Część 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

62. Pytanie Część 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

63. Pytanie Część 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

64. Pytanie Część 13, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę sprzętu pakowanego po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem ilości opakowań w górę?

W odpowiedzi

Zamawiający dopuszcza.

65. Pytanie Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści basen płaski o parametrach:

Max pojemność: 2l

Pojemność użytkowa: 1,2 – 1,5 l?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

66. Pytanie Część 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści basen płaski o parametrach:

Max pojemność: 2l

Pojemność użytkowa: 1,2 – 1,5 l?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

67. Pytanie Część 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści miskę o parametrach:

Max pojemność: 3 l

Pojemność użytkowa: 1,4 l?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

68. Pytanie Część 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max 50 µg/g?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

69. Pytanie Część 14, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu EN 388?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

70. Pytanie Część 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a'200 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

71. Pytanie Część 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylizowane promieniami Gamma, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

72. Pytanie Część 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice dostępne w rozmiarach S-XL, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na palcach, długość rękawicy min 290mm, grubość na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,09mm+/-0,02, na mankiecie 0,08mm+/-0,02, AQL 1,5?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

73. Pytanie Część 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na palcach, z informacją o wysokości AQL potwierdzoną kartą techniczną?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

74. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

75. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

76. Pytanie Dotyczy Część nr 5, poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

77. Pytanie

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

78. Pytanie

Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

79. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

80. Pytanie Dotyczy Część nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy z fałdą o rozmiarach 300mm x 60mm x 100m?

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

81. Pytanie Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika nie wymagającego stosowania zacisku do regulacji przepływu i zabezpieczającego przed cofaniem się diety.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

82. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębników dostarczanych w opakowaniach gwarantujących sterylność przez - 60 miesięcy.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

83. Pytanie Część nr 12

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonych PTFE, z markerami głębokości, z końcówką widoczną w RTG, kolor powleczenia niebieski dla kleszczy do kolonoskopii i szary dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii, łyżeczki o długości minimum 3,86 mm.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

84. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów o rozwarciu ramion klipsa 12 mm, długość ramienia minimum 9 mm lub o rozwarciu ramion klipsa 15 mm, długość ramienia minimum 9,5 mm, końcówka klipsownicy zabezpieczona plastikowym elementem.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

85. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

86. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pułapki o konstrukcji nie wymagającej stosowania dodatkowych przyrządów do usuwania pobranego materiału.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

87. Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm, oraz o średnicy z zakresu 0,38-0,42 mm dla średnicy otwarcia 25 mm i 32 mm, długość oczka pętli maksimum 45,0 mm, długość narzędzia 2400 mm.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

88. Pytanie Część 10 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga zgłębnika gastrostomijnego (G-Tube) zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania zgłębnika?

W odpowiedzi

Tak wymaga.

89. Pytanie Część 10 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 3 oczekuje konektora do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. 6x5 szt.?

W odpowiedzi

Tak wymaga.

90. Pytanie

Pakiet nr 12 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4,6,8 dopuści w Poz. 1 Rozwarcie łyżeczek 6,7mm. Dostępne w długościach: 1200mm, 1800mm, 2300mm, Kolor powleczenia niebieski Kleszcze z możliwością funkcji biopsji stycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 2 o grubości igły 0,5 mm, 0,7 mm lub 0,9 mm i głębokości nakłucia 5mm (do wyboru przez Zamawiającego). Kąt ścięcia ostrza igły odpowiednio od 23° do 30. Średnica narzędzia 2,3mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 3 Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 6 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji pleciona z drutu o średnicy 0,47 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm lub bez elektrokoagulacji z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia pętli 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

91. Pytanie

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 1 z pakietu 27 oraz 28 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

W odpowiedzi

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
SPZOZ w Bychawie
Piotr Derkaczew

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

mgr Monika Surma